

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.06.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2 (409):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

73112

SaniPlus Apotheken Lauterbach e.K.

Riesstr. 59

80993 München

Düsseldorf, 18.07.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 24.06.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2 (409):

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
73112
SaniPlus Apotheken Lauterbach e.K.
Riesstr. 59
80993 München

Düsseldorf, 18.07.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

73112: SaniPlus Apotheken Lauterbach e.K.

Ringversuch vom 24.06.2022

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt**
 Institut für Qualitätssicherung in der
 Virusdiagnostik - IQVD
 Potsdamer Chaussee 80
 14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
 Fax: +49 30 8105 4303
 Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

409

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

+

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
SARS-CoV-2 RT-PCR		PCR / NAT (395)	KEWEI (KEW)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	409026	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409027	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409028	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
	409029	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409030	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
Primer / Genregion	Probe	Ihr Wert				
	409026	E-Gen				
	409027	E-Gen				
	409028	E-Gen				
	409029	E-Gen				
	409030	E-Gen				